

## RESULTATS ANALYSE MICROBIOLOGIQUE - CABINET du KIRCHBERG

Test externe effectué le 10 mai 2007

	MICRO-ORGANISMES 37°C /cm2	MOISSURES 25°C/cm2
OP Poignée Lampe Ops (cabinet Central)	<1	<1
OP Poignée Table Patient	<1	<1
OP Bord du Lavabo DA	<1	2
OP Casier Instrument (Cabinet Central)	<1	1
OP Dossier Chaise Patient (cabinet Central)	<1	<1
OP Clavier PC (Cabinet Central)	2	<1
OP OP : Tube RX Poignée	<1	<1
STERI Zone Verte Surface de Travail	<1	<1
STERI Clavier PC RX	<1	<1
<u>Poignée Interne WC patient</u>	<1	<1
<u>Surface Table de Reception (Reception)</u>	<1	<1
<u>Surface Bureau (Reception)</u>	1	1
<u>Surface table de Bureau ZAZ (patient 1er rendez-vous)</u>	<1	<1

Légende :

Résultats insuffisants au regard des normes (> 25 KBE)

Résultats bons / acceptables (entre 0 et 25 KBE)



Contamination moyenne ou élevée

Pas ou peu de contamination

